

## 水質検査機器一覧

部 屋 名 称	検 査 機 器 名	主 な 検 査 項 目
理化学試験室	分光光度計	クロロフィルa等
	全有機炭素計	全有機炭素
	塩素要求量計	塩素要求量
	pH計	pH値
	色濁度計	色度、濁度
シアン分析室	イオンクロマトグラフ(ポストカラム)	シアン化物イオン及び塩化シアン
HPLC室	高速液体クロマトグラフ	陰イオン界面活性剤 非イオン界面活性剤
LC-MS室	液体クロマトグラフ質量分析計	ハロ酢酸類 ホルムアルデヒド フェノール類 マイクロキスチン-LR PFOS及びPFOA
かび臭分析室1	パーティック・ガスクロマトグラフ質量分析計	かび臭物質
かび臭分析室2		
細菌試験室	細菌検査用ふらん器	一般細菌 大腸菌 嫌気性芽胞菌 従属栄養細菌
生物検鏡室	位相差顕微鏡	プランクトン
	落射蛍光顕微鏡	クリプトスポリジウム、ジアルジア
VOC分析室	ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析計	揮発性有機化合物
イオンクロマトグラフ室	イオンクロマトグラフ	陰イオン類
	イオンクロマトグラフ	陽イオン類、アンモニア態窒素
	イオンクロマトグラフ(ポストカラム)	臭素酸
ICP-MS準備室	水銀測定装置	水銀
ICP-MS室	誘導結合プラズマ質量分析計	金属類